

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Ce produit doit être installé et adapté par un professionnel de santé (pharmacien, orthopédiste, kinésithérapeute...). Consulter immédiatement un médecin en cas de douleurs, de gonflements, de modifications des sensations ou de réactions inhabituelles. Ne pas porter le produit directement en contact avec une lésion cutanée. Protéger toute partie du corps où un antalgique a pu être appliqué avant la mise en place du produit. Il est fortement déconseillé de réutiliser ce produit pour un autre patient. En cas d'incident grave en lien avec le dispositif, merci d'en informer le fabricant et l'administration compétente.

La date de fabrication est incluse dans le numéro de lot, qui apparaît sur l'étiquette de l'emballage sous l'intitulé [LOT], de la manière suivante : les deuxième et troisième chiffres représentent l'année de fabrication et les quatrième et cinquième représentent le mois.

Conduite déconseillée.

ENTRETIEN

- Nettoyage à la main et au savon neutre (max. 30°C),
- Rincer soigneusement,
- Laisser sécher à l'air libre,
- Ne pas mettre au sèche-linge,
- Ne pas javelliser,
- Ne pas étendre, ne pas repasser et ne pas exposer à des sources de chaleur directes comme les poêles, chauffages, radiateurs, exposition directe au soleil etc. Pendant son utilisation ou son nettoyage, ne pas utiliser d'alcools, de pommades ou de liquides dissolvants. Si l'orthèse n'est pas bien essorée, les résidus de lessive peuvent irriter la peau et détériorer le produit.



Conserver le produit dans un endroit sec à température ambiante.

Pour jeter l'emballage et le produit, respectez strictement les réglementations légales de votre région.



ORLIMAN.



Dispositif médical de classe I
Distributeur : SM Europe - 420574626 RCS Rennes
Pour toutes informations complémentaires, contacter :
SM Europe, ZA de la Herbetals, 35520 La Mézière - France.
NOT_FR_BotimedBasse_V0

ORLIMAN S. L. U.
C/ Ausias March, 3 - Pol. Ind. La Pobla-L'Eliana
Apdo. de correos 49 - C.P.: 46185 - La Pobla de Vallbona
Valencia - España (Spain)

LBISME#L191 - Edition : 2019/10



BOTIMED® BASSE

> BOTTE DE MARCHÉ



ORLIMAN.

CONTENU/DESCRIPTION

Une botte de marche Botimed® Basse :

- 1 chausson enveloppant matelassé en tissu respirant,
- 1 coque d'immobilisation avec semelle profilée antidérapante en forme de balancier,
- 1 protège orteils,
- 2 baleines latérales métalliques,
- 1 kit avec 2 coussinets de protection et 1 protège orteils de rechange.

Une notice du produit, à lire attentivement.

INDICATIONS

Entorse grave de la cheville, fracture de la cheville, des malléoles et des métatarses.


COMPOSITION

Chausson :

- Tissu en nylon brossé : Polyamide 100%,
- Mousse en fibre de polyuréthane : Polyuréthane 100%,
- Revêtement : Polyester 100%.

Botte :

- Semelle extérieure : Polypropylène 100%,
- Semelle intérieure :
 - Mousse : éthylène acétate de vinyle 100%,
 - Revêtement : Cellulose 100%,
- Baleines latérales : Aluminium 100%,
- Système de fermeture : Polyamide 100%,
- Rivets : Acier inoxydable 100%.

Ce produit est marqué du symbole . Il contient des composants ferromagnétiques qui requièrent des précautions particulières en cas de Résonance Magnétique ou de rayonnements associées à des procédures diagnostiques ou thérapeutiques.

TAILLANT

Modèle gauche et droit.

| TAILLE | POINTURE | HAUTEUR BOTTE |
|--------|----------|---------------|
| 1 | 34 - 38 | 27,5 cm |
| 2 | 38 - 43 | 27,5 cm |
| 3 | 43 - 46 | 27,5 cm |

MISE EN PLACE

Il est conseillé de placer le produit en position assise et de porter, si possible, une chaussette en coton.

A (figure 1)

- Ouvrir entièrement la botte.
 - Insérer le pied à l'intérieur du chausson et le refermer.
- Si nécessaire, placez les coussinets de protection dans des zones sensibles telles que le cou-de-pied ou les malléoles.

B (figure 2)

- Placer le protège orteils sur le bout du pied.
- Placer le pied sur la coque d'immobilisation rigide.
- Retirer les protections en plastique des baleines latérales afin qu'elles soient fixées au chausson.

C (figures 3 et 4)

- Refermer la botte grâce au système de fermeture par bandes auto-agrippantes.
- Ajuster le maintien de façon à ce que l'articulation tibio-tarsienne soit parfaitement immobilisée.
- S'assurer que l'articulation est maintenue à 90°.



Figure 1



Figure 2



Figure 3



Figure 4



PLUS D'INFOS SUR
NOS PRODUITS :
www.orliman.fr